

IILED 700-700 ÇİFT BAŞLIKLİ TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lamba başlıklarının aydınlatma ölçüsü: 40.000 Lux - 170.000 Lux aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Renk Sıcaklığı 4300k - 5000k aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Aydınlatma Çapı: 600mm olmalıdır.
- Lambanın led ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.
- Çalışma Mesafesi: 500mm olmalıdır.
- Led dokunmatik panel ile parlaklık, renk sıcaklığı ve ENDO modu ayarlamalı yapılabilmelidir.
- Lambanın montaj yüksekliği minimum 2600mm olmalıdır.
- Lamba 110-240V; 50/60Hz şehir elektriği 24V dönüştürücü ile çalışmalıdır.
- Işık alanı: 12-30cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Yeni nesil tasarım ile ameliyathanedeki laminar hava akışına engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Renk İndeks (Ra) değeri minimum 95 olmalıdır.
- Montaj için gerekli mesafe minimum 280cm olmalıdır.
- Lamba başlık genişliği 700mm olmalıdır.