

KUVÖZ KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Küvöz Kapak Contası hastanemizde bulunan küvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemedede kullanılacak materyal bakteri barındırmayan silikon malzemedden yapılmış olmalıdır.
- 3- Conta boyutu pencereyi tam saracak şekilde olmalıdır
- 4-Malzeme rengi şeffaf veya beyaz olmalıdır.
- 5-Yuvarlak formda ve etrafında pencere kenarlarına oturmasını sağlayan oluklar bulunmalıdır.
- 6- Contalar küvöze başka bir aparat veya teçhizat gerektirmeden takılabilmelidir.
- 7-Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.
- 8-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.
- 9-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 10-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
- 11-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.