

## KUVÖZ PENCERE MENTEŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Küvöz Pencere Menteşesi hastanemizde bulunan küvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemedede kullanılacak materyaller bakteri barındırmayan plastik malzemededen yapılmış olmalıdır.
- 3- Metal parçalar paslanmaz olmalıdır.
- 4- Menteşe takımı 2 adet pencere tutucusu 2 adet yay ve 4 adet tutturma vidasından oluşmalıdır.
- 5-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.
- 6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 7-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.