

## JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Jinekolojik muayene masasının metal aksamı nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı,
- 2- Jinekolojik muayene masasının işlem esnasında meydana gelebilecek hareketleri engellemek amacıyla yere sabit yapıda olmalıdır.
- 3- Jinekolojik muayene masasının alt şasesi hastane standartlarına uygun, dayanıklı metal malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Jinekolojik muayene masasının 3 adet asgari olarak IPX4 şartlarında korumalı sessiz lineer motor ile çalışmalıdır.
- 5- Uzayabilen spiralli yapıda el kumandası olmalıdır.
- 6- El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir ve el kumandası ile yerden yüksekliği 20 cm artırılabilir veya azaltabilir,
- 7- Sırt, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonu elektronik olarak verilebilmekte
- 8- Aksesuar bağlantıları için masanın yanlarında paslanmaz malzemedен imal edilmiş rayları olmalıdır.
- 9- Ayak ucu uzatmaları sökülebilir özellikte olmalıdır.
- 10- Jinekolojik muayene masasının Baldır desteği olmalıdır.
- 11- İkinma barı olmalıdır.
- 12- Paslanmaz malzemedен imal edilmiş atk taşı olmalıdır.
- 13- Güvenli çalışabilme ortamı sağlayabilmesi için prize takılı olarak çalışmalıdır.
- 14- Masa, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır.
- 15- Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 16- Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır.

## ÜRÜN GÖRSELİ

