

126+126 ÇİFT BAŞLIKLIL TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lamba başlıklarının aydınlatma ölçüsü: maksimum 160.000 Lux + 160.000 Lux olmalıdır.
- Lamba başlığında bulunan led Sayısı: 126+126 olmalıdır.
- Renk Sıcaklığı 4000k-5000k ayarlanabilir olmalıdır.
- Aydınlatma Çapı: 100-400mm arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Lambanın led ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.
- Çalışma Mesafesi: 500mm olmalıdır.
- Led dokunmatik panel ile parlaklık, renk sıcaklığı ve ENDO modu ayarlamalı yapılabilmelidir.
- Lambanın montaj yüksekliği minimum 2600mm olmalıdır.
- Lamba 110-240V; 50/60Hz şehir elektriğı 24V dönüştürücü ile çalışmalıdır.
- Işık alanı: 12-30cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.