

KUVÖZ YATAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1-Kuvöz Yatađı hastanemizde bulunan kuvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemede kullanılacak materyal kuvöz için tasarlanmış süngerden yapılmıő olmalıdır.
- 3-Sıvı geçirmesine engel olmak için üzeri bakteri barındırmayan su geçirmez kumaőla kaplı olmalıdır.
- 4-Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.
- 5-Yatak ebatları kuvöz ierisinde ki tepsiye uygun olmalıdır. Sünger kalınlıđı en az 5-7 cm olmalıdır.
- 6-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelilerdir.
- 7-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sađlık Bakanlıđının belirlediđi etiketiyle teslim edilmelidir.
- 8-Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satıő sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.